321-56866-11F Dec. 2008

メニューマップシート

詳しいメニューマップの見かたやメニュー設定の仕組みについては、取扱説明書 P.38 を参照してください。

操作部

*1 TXB シリーズでは （アイコン） になります。

測定キー部

No.	キー名称	短く押すと…	押し続けると…（約３秒間）
①	[BREAK]	起動／スタンバイモードの切り替え	—
②	[CAL]	感度校正の実行	感度校正メニューに入る
③	[O/T]	風袋引き（ゼロ設定）の実行	ゼロ／風袋引きメニューに入る
④	[PRINT]	計量値を外部機器（プリンタやパソコン）へ出力	データ出力メニューに入る

メニュー操作キー部

No.	キー名称	短く押すと…	押し続けると…（約３秒間）
⑤	[MENU/ENTER]	メインメニュー	最後に表示したメニュー
⑥	[UNIT] ▲	・質量測定モード：単位の切り替え ・個数測定時：単重値の表示 ・パーセント測定時：基準質量の表示	・質量測定モード時：単位登録メニューに入る ・個数測定時：サンプル番号の切り替え ・パーセント測定時：パーセント基準の切り替え
⑦	[FUNC] ▼	質量測定モードと応用機能モードの切り替え	最小表示桁の切り替え
⑧	[Res] ◀	表示の応答性が向上する	–
⑨	[Stb] ▶	表示の安定性が向上する	–

ディスプレイ部

No.	表示	名称	説明	参照
①		電池マーク	電池が消耗したときなど、電源電圧レベルが低下すると点灯します。	☞P.28
②		ゼロトラッキングマーク	ゼロトラッキング機能が設定されているときに点灯します。	☞P.55
③		分銅マーク	感度校正の実行中に点灯します。	☞P.47 ☞P.49
④	R⊥⊥⊥S	スマートセッティングインジケータ	応答性・安定性が、現在どのレベルに調整されているかを示します。	☞P.62
⑤		はかりとりマーク	はかりとり計量モードが設定されているときに点灯します。	☞P.61
⑥		調合測定マーク	調合測定（フォーミュレーション）の動作中に点灯します。	☞P.80
⑦		メニューロックマーク	メニューをロックしているときに点灯します。	☞P.44
⑧		メニュー操作キーマーク	メニュー操作時に、メニュー操作キーのどれが操作可能であるかを示します。	☞P.39
⑨	AP	オートプリントマーク	オートプリント機能が設定されているときに点灯します。	☞P.90
⑩	WIN	Win マーク	Windows 直結機能が設定されているときに点灯します。	☞P.93
⑪		通信マーク	外部機器とのデータ通信中を示します。	—
⑫	HI OK LO	コンパレータマーク	コンパレータ機能が設定されているときに、その判定状態を表示します。	☞P.84
⑬	➡	安定マーク	測定値が安定しているとき、またメニュー設定に現在設定している項目が表示されているときに点灯します。	☞P.40 ☞P.63
⑭	▬	マイナスマーク	計量値が負の状態のときに点灯します。	—
⑮	READY	レディマーク	スタンバイモード中に点灯します（TX のみ）。また、測定中でも調合機能などの測定レディ状態のときに点灯します。	☞P.36 ☞P.80
⑯	#	数値入力マーク	数値の入力が可能なときに点灯します。	☞P.41
⑰	*	ホールド表示マーク	リアルタイムの質量値ではない数値（たとえば個数測定の単重値表示など）が表示されているときに点灯します。	☞P.74 ☞P.79
⑱	NET	正味量マーク	調合測定（フォーミュレーション）時に表示されている計量値が、風袋容器の質量を除いた正味量であることを示します。また、計量作業中であることも示します。	☞P.81
⑲	G	総量マーク	調合測定（フォーミュレーション）時に表示されている計量値が、風袋容器の質量を除いた各配合要素質量の総量であることを示します。	☞P.81
⑳	1 2 3 4 5	サンプル番号マーク	個数測定時のサンプル番号を示します。	☞P.74
㉑	▼	三角マーク	ユーザ単位の任意設定で換算係数の小数点位置を変更するときに点灯させると、小数点なしの数値を入力できます。	☞P.42
㉒	PCS	個数測定マーク	個数測定中に点灯します。	☞P.74
㉓	%0	任意パーセント測定マーク	パーセント測定の任意%基準が設定されているときに、点灯します。	☞P.78
㉔	%	パーセント測定マーク	パーセント測定中に点灯します。	☞P.79